



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____

Dirección del establecimiento: _____

Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Nombre del regente del establecimiento: _____

Horario de servicio del regente: _____

Fecha Inspección: _____

Tipo de Inspección: _____

PRIMERA INSPECCION
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN			
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.			
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Portafolio de Servicios	MAYOR				
	1.02						
2	2.01	Horarios de atención al Público	MAYOR				
Total	3	Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN			
RECURSOS HUMANOS							
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Regente	CRITICO				
	1.02		Debe contar con la regencia de un médico				
	1.03		Quien deberá tener establecida una estancia mínima de cuatro horas de permanencia diaria en el establecimiento.	CRITICO			
2	2.01	Profesionales Médicos.	Debe contar con entrenamiento comprobable en el proceso de obtención, procesamiento y aplicación de células madres adultas.	CRITICO			
			Médico entrenado en la obtención, procesamiento de células madres; entrenamiento comprobable.	CRITICO			
3	3.01	De la autorización para ejercer del personal de salud	Autorización de la Junta de Vigilancia respectiva.	CRITICO			
	3.02		Solvencia de su anualidad	CRITICO			
	3.03		Carné vigente	CRITICO			
	3.04		Registro de firma y sello en el libro de la Junta respectiva	CRITICO			
Total	8	Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACION DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3				DESCRIPCIÓN			
ESTRUCTURA FÍSICA							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Estacionamiento de vehículos Debe contar con estacionamiento para vehículos de pacientes y acompañantes.	MAYOR				
2	2.01	Área de espera independiente Esta área requiere luz natural y/o artificial (blanca o amarilla) Así como también ventilación natural y/o artificial (aire acondicionado).	MAYOR				
	2.02		MAYOR				
	2.03		CRITICO				
3	3.01	Área de recepción de pacientes Espacio físico inmediato al Área de espera, en ella se ubicará la secretaria o recepcionista del establecimiento.	CRITICO				
5	5.01	Servicios sanitarios para visitas Lavamanos	CRITICO				
	5.02		CRITICO				
	5.03		CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

	5.04		Rotulación adecuada que guíe al usuario (la distinción de género no es indispensable).	CRITICO				
6	6.01	Área de circulación restringida	Debe de contarse con un área para cambio de ropa.	CRITICO				
	6.02		Debe contar con un área de lavado de manos.	CRITICO				
	6.03		Debe tener un área limpia para realizar el proceso de obtención de células madres.	CRITICO				
	6.04		Debe tener un área destinada al procesamiento.	CRITICO				
	6.05		Debe tener paredes lisas, no porosas, sin ángulos, esquinas o hendiduras (acabados de media caña) para garantizar su higienización.	CRITICO				
	6.06		El piso debe tener un revestimiento que permita su higienización.	CRITICO				
7	7.01	Área de resguardo de material estéril	Debe contar con un espacio cerrado para el almacenamiento, resguardo de insumos y material estéril	CRITICO				
8	8.01	Vestidor de personal	Contigua al área restringida, donde el personal se cambia de ropa.	CRITICO				
9	9.01	Ventilación general	Debe contar con ventilación natural y/o artificial (aire acondicionado).	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACION DE CELULAS MADRES ADULTAS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

10	10.01	Iluminación general	Debe contar con iluminación natural y/o artificial , luz blanca o amarilla.	CRITICO				
11	11.01	Puertas	Las puertas de acceso al establecimiento, y todas las áreas de circulación dentro deben ser de un ancho superior a 1.20 mts., de preferencia de doble hoja.	CRITICO				
12	12.01	Circulaciones	Se debe contar con señalización que permita a los usuarios que ingresan por primera vez, acceder a todos los sectores del establecimiento sin necesidad de preguntar.	CRITICO				
	12.02		La señalización debe ser de fácil comprensión, escrita y por símbolos	CRITICO				
13	13.01	Archivo clínico	Debe contar con un área para el resguardo de los expedientes clínicos (puede estar ubicado en la recepción).	CRITICO				
	13.02		Este lugar debe ofrecer protección de la luz solar y la humedad	CRITICO				
14	14.01	Área de almacenamiento de Desechos Bioinfecciosos	Debe contar con un espacio para el almacenamiento temporal de los desechos Bioinfecciosos, esta debe estar separada del área de atención médica y general	CRITICO				
	14.02		Debe estar techada	CRITICO				
	14.03		Debe estar ubicada donde no haya riesgo de inundación	CRITICO				
	14.04		Las paredes deben ser lisas, lavables y las uniones deben ser redondeadas.	CRITICO				
Total	28		Requerimientos específicos evaluados		0			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN				
RECURSOS MATERIALES								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Área de espera	Debe contar con sillas según la capacidad instalada.	MAYOR				
2	2.01	Área de recepción	Debe contar con silla	MAYOR				
	2.02		Debe contar con mostrador y/o escritorio para la recepcionista.	MAYOR				
	3.03		Estetoscopio	CRITICO				
	3.04		Tensiómetro	CRITICO				
	3.05		Báscula	CRITICO				
	3.06		Otoscopio	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACION DE CELULAS MADRES ADULTAS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

4	307	Consultorio	Oftalmoscopio	CRITICO				
	4.01		Canapé	CRITICO				
	4.02		Cubre-canapé	CRITICO				
	4.03		Escritorio	CRITICO				
	4.04		Dos sillas	CRITICO				
5	5.01	Área de Lavado de personal en área restringida	Debe contar con dispensadores de jabón y/o antisépticos que permitan su manejo sin utilización de las manos (de accionar de pies, rodillas, codos, etc.).	CRITICO				
	5.02		Debe contar con un lavabo de de acero inoxidable, este debe ser profundo y de uso exclusivo para tal fin	CRITICO				
	6.01		Equipo que transforma el plasma en plasmagel .	CRITICO				
	6.02		Centrifuga	CRITICO				
	6.03		Luz activadora	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACION DE CELULAS MADRES ADULTAS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA			

6	6.04	Equipo y Mobiliario para Obtención de células madres.	Contador de células	CRITICO				
	6.05		Esterilizador en Seco o vapor.	CRITICO				
	6.06		Tubos	CRITICO				
	6.07		Agujas	CRITICO				
	6.08		Catéteres	CRITICO				
	6.09		Jeringas	CRITICO				
	6.1		Campana de Flujo laminar	CRITICO				
	6.11		Bomba de Infusión para tumescencia	CRITICO				
	7.01		Equipo que transforma el plasma en plasmagel .	CRITICO				
	7.02		Centrifuga	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA			

7	7.03	Equipo de procesamiento de células madres.	Luz activadora	CRITICO				
	7.04		Contador de células	CRITICO				
	7.05		Esterilizador en Seco o vapor.	CRITICO				
	7.06		Tubos	CRITICO				
	7.07		Agujas	CRITICO				
	7.08		Catéteres	CRITICO				
	7.09		Jeringas	CRITICO				
	7.1		Campana de Flujo laminar	CRITICO				
	7.11		Bomba de Infusión para tumescencia	CRITICO				
			8.01		Tubos endotraqueales	CRITICO		



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

8	8.02	Equipo de Emergencias. Equipo de paro cardiorrespiratorio	Laringoscopio	CRITICO				
	8.03		Bolsa de resucitación auto inflable con mascarillas faciales para ventilación de diferentes tamaños (ambú)	CRITICO				
	8.04		Sistema de aspiración	CRITICO				
	8.05		Pinzas y cánulas oro faríngeas de diferentes tamaños	CRITICO				
	8.06		Lubricante	CRITICO				
	8.07		Tensiómetro y estetoscopio	CRITICO				
	8.08		Stock de medicamentos de emergencia: Dextrosa al 50 %	Atropina	CRITICO			
	8.09	Adrenalina		CRITICO				
	8.1	Clorfeniramina		CRITICO				
	8.11							



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACION DE CELULAS MADRES ADULTAS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

8.12	Equipo de Emergencias. Material y equipo para la atención a usuarios en urgencia y emergencias medicas	Diazepan	CRITICO				
		Solución Salina Normal	CRITICO				
		Agua estéril	CRITICO				
		Tabla para asistir paro cardiorrespiratorio	CRITICO				
		Cilindro de oxigeno con manómetro y llave Stilson	CRITICO				
		Bigotera para oxigeno	CRITICO				
		8.17					
11	Área de recuperación.	Mesa auxiliar.	CRITICO				
		Camilla o sillón reclinable	CRITICO				
		Teléfono o algún dispositivo de llamada	CRITICO				
		Silla o sillón para acompañante (cuando aplique)	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

12	12.01	Archivo clínico	Silla	CRITICO				
	12.02		Mesa	CRITICO				
	12.03		Estantes o archivos metálicos o de madera	CRITICO				
13	13.01	Desechos Bioinfecciosos	Guantes	CRITICO				
	13.02		Contenedores de embalaje	CRITICO				
	13.03		Depósitos cerrados	CRITICO				
Total	63		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACION DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN			
DOCUMENTACION.							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Manual de Descripción de puestos	CRITICO				
2	2.01	Manual de procedimientos	CRITICO				
8	8.01	Normas escritas para el control de infecciones en la atención sanitaria.	CRITICO				
	8.02		CRITICO				
3	3.01	Archivo Clínico	CRITICO				
4	4.01	Desechos Bioinfecciosos	CRITICO				
5	5.01	Plan de mantenimiento de equipo	CRITICO				
Total	7	Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

--

CAMPO DE FIRMAS	INSPECCIÓN
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO	Nombre y firma
INSPECTOR	Nombre y firma

INSPECTOR	PUNTAJE ALCANZADO	
	INSPECCIÓN	
	0%	
	Req. Críticos	APROBADO (FIRMA Y SELLO)
	0%	
Nombre de Inspector	Req. Mayores	DENEGADO (FIRMA Y SELLO)