



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 100% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 80% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____
 Dirección del establecimiento: _____
 Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____
 Teléfono: _____
 Correo electrónico: _____
 Nombre del regente del establecimiento: _____
 Horario de servicio del regente: _____
 Fecha Inspección: _____

PRIMERA INSPECCION
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN		
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.		
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1.01	Portafolio de Servicios	Promoción de la donación voluntaria	CRITICO		
	1.02		Selección de donantes de sangre	CRITICO		
	1.03		Extracción	CRITICO		
	1.04		Procesamiento	CRITICO		
	1.05		Almacenamiento	CRITICO		
	1.06		Distribución de componentes sanguíneos	CRITICO		
	1.07		Pruebas de tamizaje	CRITICO		
	1.08		Pruebas inmunohematológicas	CRITICO		
	1.09		Pruebas pre transfusionales	CRITICO		
	1.1		Aféresis	CRITICO		
2	2.01	Horario de Atención al Público	24 horas	MAYOR		
3	3.01	Flujograma o proceso de atención	Definición del proceso que seguirá el usuario para obtener el servicio ofertado, este deberá estar ubicado en un lugar que facilite la visualización por parte de los usuarios	MAYOR		
Total	12		Requerimientos específicos evaluados		0	



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN			
RECURSOS HUMANOS							
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	
				SI	NO		
1	1.01	Profesionales (Médicos Hematólogos, Licenciado(as) en Laboratorio Clínico	Licenciados o Licenciadas con experiencia certificada en banco de sangre	CRITICO			
	1.02		Estudios de post grado, o Diplomado o maestría o Doctorado en Inmunohematología	CRITICO			
2	2.01	Autorización para ejercer	Número de autorización	CRITICO			
	2.02		Pago de Anualidad	CRITICO			
	2.03		Vigencia del carné	CRITICO			
	2.04		Registro de firma en el libro de la Junta de vigilancia de laboratorio clínico	CRITICO			
	2.05		Registro de sello en el libro de la Junta de vigilancia de laboratorio clínico	CRITICO			
Total	7		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3				DESCRIPCIÓN		
ESTRUCTURA FÍSICA						
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	Recepción y espera de Donantes	Ventilación natural o artificial	CRITICO			
		Iluminación natural o artificial	CRITICO			
		Aire acondicionado (opcional)	CRITICO			
		Equipo de TV-cable (opcional)	CRITICO			
		Conexión a red informática	CRITICO			
		Línea telefónica exterior	CRITICO			
2	Área de Análisis de Pre donación	Ventilación natural o artificial	CRITICO			
		Iluminación natural o artificial	CRITICO			
		Aire acondicionado	CRITICO			
3	Entrevistas	Ventilación natural o artificial	CRITICO			
		Iluminación natural o artificial	CRITICO			
		Aire acondicionado	CRITICO			
		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO			
4	Sala de espera de donantes aptos	Ventilación natural o artificial	CRITICO			
		Iluminación natural o artificial	CRITICO			
		Aire acondicionado	CRITICO			
		Equipo de TV cable	CRITICO			
5	Servicios Sanitarios para Donantes	Ventilación natural o artificial	CRITICO			
		Iluminación natural o artificial	CRITICO			
		Extractor de aire	CRITICO			
6	Sala de donación y reposo	Aire acondicionado	MAYOR			
		Ventanilla hacia laboratorio	MAYOR			
		Mueble para guardar materiales	MAYOR			
		Sillones reclinables	MAYOR			
		Paredes lavables pintadas	MAYOR			
		Lavabo accionado con pedal	MAYOR			
		Área de sellado, Etiquetado y Depósito para las unidades de sangre	MAYOR			
7	Sala de aféresis y reposo	Aire acondicionado	CRITICO			
		Equipo de TV-cable (opcional)	CRITICO			
		Ventanilla hacia laboratorio	CRITICO			
		Mueble para guardar materiales	CRITICO			
		Sillones reclinables	CRITICO			
		Paredes lavables pintadas	CRITICO			
		Telefono	CRITICO			
		Lavabo accionado con pedal	CRITICO			
		Área de sellado, Etiquetado y Depósito para hemocomponentes	CRITICO			
8	Área de reposo para donante	Aire acondicionado	CRITICO			
		Ventilación natural o artificial	CRITICO			
		Iluminación natural o artificial	CRITICO			
		Área comfortable	CRITICO			
9		Aire acondicionado	CRITICO			
		Área comfortable	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN			
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO			

9	9.03	Área de Inmunoematología	Paredes lavables pintadas	CRITICO		
	9.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO		
	9.05		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO		
	9.06		Lavabo para personal accionado con pedal	CRITICO		
10	10.01	Área de Tamizaje	Aire acondicionado	CRITICO		
	10.02		Área confortable	CRITICO		
	10.03		Paredes lavables pintadas	CRITICO		
	10.04		Aristas redondeadas	CRITICO		
	10.05		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO		
	10.06		Toma polo a tierra	CRITICO		
	10.07		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO		
	10.08		Lavabo accionado con pedal	CRITICO		
11	11.01	Área de fraccionamiento	Aire acondicionado	CRITICO		
	11.02		Área confortable	CRITICO		
	11.03		Paredes lavables pintadas	CRITICO		
	11.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO		
	11.05		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO		
	11.06		Toma polo a tierra de 110 y 220 V	CRITICO		
	11.07		Lavabo para personal accionado con pedal	CRITICO		
12	12.01	Área de Almacenamiento de sangre y componentes	Aire acondicionado	CRITICO		
	12.02		Área confortable	CRITICO		
	12.03		Paredes lavables pintadas	CRITICO		
	12.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO		
	12.05		Toma polo a tierra	CRITICO		
	12.06		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO		
13	13.01	Área de distribución de sangre y componentes sanguíneos	Aire acondicionado	CRITICO		
	13.02		Área confortable	CRITICO		
	13.03		Paredes lavables pintadas	CRITICO		
	13.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO		
	13.05		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO		
	13.06		Toma polo a tierra	CRITICO		
	13.07		Lavabo accionado con pedal	CRITICO		
14	14.01	Recepción de muestras y solicitud de transfusión	Aire acondicionado (opcional)	CRITICO		
	14.02		Paredes lavables pintadas	CRITICO		
	14.03		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO		
15	15.01	Laboratorio de Inmunoematología	Aire acondicionado	CRITICO		
	15.02		Paredes lavables pintadas	CRITICO		
	15.03		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO		
	15.04		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO		
	15.05		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO		
16	16.01	Recepción y almacenamiento de suministros	Aire acondicionado	CRITICO		
	16.02		Paredes lavables pintadas	CRITICO		
	16.03		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO		
	16.04		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO		
	16.05		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO		
	17.01		Ventilación natural o artificial	CRITICO		



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN			
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO			

17	17.02	Lavado de instrumental y esterilización	Iluminación natural o artificial	CRITICO		
	17.03		Aristas redondeadas	CRITICO		
	17.04		Paredes lavables pintadas	CRITICO		
	17.05		Muebles fijos con 2 pocetas de acero inoxidable	CRITICO		
	17.06		Mueble (tipo pantry) para almacenar cristalería y materiales	CRITICO		
18	18.01	Vestuario con ducha y servicio sanitario para personal	Ventilación natural o artificial	CRITICO		
	18.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO		
	18.03		Extractor de aire	CRITICO		
19	19.01	Auditorio	Ventilación natural o artificial	MAYOR		
	19.02		Iluminación natural o artificial	MAYOR		
	19.03		Aire acondicionado	MAYOR		
	19.04		Toma polo a tierra de emergencia	MAYOR		
	19.05		Voltaje de 110V	MAYOR		
20	20.01	Jefatura	Ventilación natural o artificial	CRITICO		
	20.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO		
	20.03		Aire acondicionado	CRITICO		
	20.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO		
	20.05		Toma corriente de emergencia	CRITICO		
21	21.01	Secretaria y Estadística de archivo	Ventilación natural o artificial	CRITICO		
	21.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO		
	21.03		Aire acondicionado	CRITICO		
	21.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO		
	21.05		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO		
22	22.01	Área medica	Ventilación natural o artificial	CRITICO		
	22.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO		
	22.03		Aire acondicionado	CRITICO		
	22.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO		
	22.05		Toma corriente de emergencia	CRITICO		
23	23.01	Área de equipo(soporte al sistema de cómputo y equipo)	Ventilación natural o artificial	CRITICO		
	23.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO		
	23.03		Aire acondicionado	CRITICO		
	23.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO		
	23.05		Toma corriente de emergencia	CRITICO		
24	24.01	Bodega de equipo para Unidad móvil	Ventilación natural o artificial	CRITICO		
	24.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO		
25	25.01	Bodega Administrativa	Ventilación natural o artificial	CRITICO		
	25.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO		
26	26.01	Área de aseo	Ventilación natural o artificial	CRITICO		
	26.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO		
27	27.01	Área de vehículo de unidad de colecta móvil	Techada	MAYOR		
	27.02		Iluminación artificial	MAYOR		



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN			
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO			

28	28.01	Estacionamiento para vehículos de usuarios	Descubierto	MAYOR			
29	29.01	Estacionamiento para vehículos de empleados	Descubierto	MAYOR			
30	28.01	Planta eléctrica de emergencia	Área techada	CRITICO			
	28.02		Cerrada con material que permita el flujo de aire	CRITICO			
Total	133		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN		
RECURSO MATERIAL						
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1.01	Reactivos	Set de hemoglobina	CRITICO		
	1.02		Set de tipo sanguíneo ABO y Rh o tarjeta en gel	CRITICO		
	1.03		Suero antihumano de Coombs	CRITICO		
	1.04		Albúmina bovina al 22 o 30%	CRITICO		
	1.05		Set de serología de sífilis	CRITICO		
	1.06		Set de VIH por prueba de Elisa cuarta generación	CRITICO		
	1.07		Set de Hepatitis B por prueba de Elisa	CRITICO		
	1.08		Set de Hepatitis C por prueba de Elisa	CRITICO		
	1.09		Set de Chagas por prueba de Elisa	CRITICO		
	1.1		Jabón yodado	CRITICO		
	1.11		Alcohol etílico	CRITICO		
	1.12		Yodo	CRITICO		
2	2.01	Insumos	Bolsas de colección simple, dobles, triples, cuádruples según la necesidad	CRITICO		
	2.02		Descartables para la transfusión	CRITICO		
	2.03		Hisopos	CRITICO		
	2.04		Aplicadores de madera	CRITICO		
	2.05		Gasas	CRITICO		
	2.06		Algodón	CRITICO		
	2.07		Curitas	CRITICO		
	2.08		Esparadrapo	CRITICO		
	2.09		Guantes descartables	CRITICO		
	2.1		Tubos de ensayo de 12x75mm y de 13x100mm	CRITICO		
	2.11		4 - Recipientes de desechos comunes	CRITICO		
	2.12		2- Recipientes corto punzantes	CRITICO		
	2.13		2- Recipientes para desechos bioinfecciosos	CRITICO		
	2.14		Pinzas y tijeras	CRITICO		
	3.01		Báscula de pedestal para adultos	CRITICO		
	3.02		Refrigerador, para área análisis pre donación	CRITICO		



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN			
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO			

3	3.03	Equipo General	Recipientes para desechos comunes y corto punzantes para sala de donación y reposo	CRITICO		
	3.04		Refrigerador comercial para área de reposo de donantes	CRITICO		
	3.05		Recipientes para desecho sólidos infecciosos y comunes para área de inmunohematología	CRITICO		
	3.06		Refrigerador para banco de sangre para área de almacenamiento de sangre y componentes	CRITICO		
	3.07		Refrigerador para Laboratorio de Inmunohematología	CRITICO		
	4.01	Mobiliario sala de espera y área pre donación	Escritorio	CRITICO		
	4.02		Silla ergonómica con rodos	CRITICO		
	4.03		Silla de espera confortable	CRITICO		
	4.04	Mobiliario de área de análisis pre donación	Banco giratorio con respaldo	CRITICO		
	4.05		Sillón reclinable para toma de muestras	CRITICO		
	4.06		Gabinete para toma de muestras	CRITICO		
	4.07	Mobiliario para el área de entrevistas	Escritorio	CRITICO		
	4.08		Silla ergonómica	CRITICO		
	4.09		Silla confortable de atención al donante	CRITICO		
	4.1	Mobiliario para sala de espera de donantes aptos	Sillas confortables	CRITICO		
	4.11	Mobiliario para sala de donación y reposo	Gabinete para colocación de sangre	CRITICO		
	4.12		Sillón reclinable para sangrado	CRITICO		
	4.11	Mobiliario para sala de aféresis y reposo	Sillón reclinable para banco de sangre	CRITICO		
	4.12		Silla ergonómica con respaldo	CRITICO		
	4.13		Mueble para guardar equipo y materiales	CRITICO		
	4.14	Mobiliario para área de reposo para donantes	Mesas	CRITICO		
	4.15		Sillas confortables	CRITICO		
	4.16	Mobiliario para área de inmunohematología	Sillon reclinable para toma de muestras	CRITICO		
	4.17		Banco giratorio con respaldo	CRITICO		
	4.18	Mobiliario para área de tamizaje	Banco giratorio con respaldo	CRITICO		
	4.19		Mesa alta con cobertura de acero inoxidable (infraestructura)	CRITICO		
	4.2		Mesa alta con respaldo	CRITICO		
	4.21		Fregadero(infraestructura)	CRITICO		
	4.22	Mobiliario para área de	Banco giratorio con respaldo	CRITICO		
	4.23		Mesa alta con cobertura de acero inoxidable (infraestructura)	CRITICO		



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

4	4.24	fraccionamiento	Mesa alta con respaldo	CRITICO		
	4.25		Fregadero(infraestructura)	CRITICO		
	4.26	Mobiliario para área de almacenamiento de sangre y componentes	Carro con rodos para transporte de bolsas de sangre	CRITICO		
	4.27	Mobiliario para Area de distribución y sangre y componentes sanguíneos	Mesa alta con cobertura de acero inoxidable	CRITICO		
	4.28		Silla ergonómica tipo cajero	CRITICO		
	4.29		Mueble para guardar equipo y materiales	CRITICO		
	4.3		Escritorio y silla ergonómica para recepción de muestras y solicitudes de transfusión	CRITICO		
	4.32	Mobiliario para recepción y almacenamiento de suministros	Cuarto frío	CRITICO		
	4.33		Mesa para recepción	CRITICO		
	4.34		Estantes metálicos	CRITICO		
	4.35	Mobiliario para área de lavado y esterilización	Garrafón o bidón con grifo para dispensar agua destilada	CRITICO		
	4.36		Mesa alta con cubierta de acero inoxidable	CRITICO		
	4.37		Mueble para guardar equipos y materiales	CRITICO		
	4.38		Anaquele para guardar ropa para el área de vestuario	CRITICO		
	4.39	Mobiliario para auditorio	Pizarra acrílica	CRITICO		
	4.4		Mesa con rodos para equipos	CRITICO		
	4.41		Mueble para guardar equipo y materiales	CRITICO		
	4.42		Mesa tipo pupitre con sillas	CRITICO		
	4.43	Mobiliario para jefatura	Silla ergonómica con rodos	CRITICO		
	4.44		Sillas confortables de espera	CRITICO		
	4.45		Mueble para computadora	CRITICO		
	4.46		Archivo de 4 gavetas	CRITICO		
	4.47		Librero para guardar documentos	CRITICO		
	4.48	Mobiliario para Secretaria, Estadística y Archivo	Escritorio	CRITICO		
	4.49		Silla ergonómica con rodos	CRITICO		
	4.5		Mueble para computadora	CRITICO		
	4.51		Archivadores	CRITICO		
	4.52	Mobiliario para area Medica	Escritorio	CRITICO		
	4.53		Silla ergonómica con rodos	CRITICO		
	4.54		Archivadores	CRITICO		
4.55	Mobiliario para area de equipos	Mueble para computadora	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

6	4.56	Mobiliario para bodega administrativa y área de aseo	2 estantes metálicos	CRITICO		
	5.01	Equipo Tecnológico para recepción y espera de donantes	Computadora	CRITICO		
	5.02		Regulador de voltaje	CRITICO		
	5.03		UPS	CRITICO		
	5.04		Impresora	CRITICO		
	5.05		Escritorio	CRITICO		
	5.06	Equipo Tecnológico para area de analisis pre donacion	Estetoscopio	CRITICO		
	5.07		Esfigmomanómetro de pedestal	CRITICO		
	5.08		Centrífuga para hematocrito para área de análisis pre donación	CRITICO		
	5.09	Equipo Tecnológico para sala de donación y reposo	Reloj con intervalos de tiempo	CRITICO		
	5.1		Mezclador para bolsas de sangre	CRITICO		
	5.11		Sellador de bolsa de sangre	CRITICO		
	5.12		Porta suero rodable	CRITICO		
	5.13	Equipo Tecnológico para area de Inmunoematologia	Máquina de Aféresis para sala de aféresis y reposo	CRITICO		
	5.14		Analizador automático de Coombs o método manual	CRITICO		
	5.15		Analizador automático del grupo sanguíneo o método manual	CRITICO		
	5.16		Centrífuga de serología	CRITICO		
	5.17		Centrífuga tipo sero fuge	CRITICO		
	5.18		Baño de maría	CRITICO		
	5.19		Incubadora para ciclos térmicos (tipo en gel)	CRITICO		
	5.2		Lámpara para tipeo sanguíneo	CRITICO		
	5.21		Microscopio	CRITICO		
	5.22		Equipo Tecnológico para area de tamizaje	Analizador automático de micro Elisa	CRITICO	
	5.23	Lavador automático de micro Elisa		CRITICO		
	5.24	Lector de micro Elisa		CRITICO		
	5.25	Incubadora para placas Elisa		CRITICO		
	5.26	Mezclador Vortex		CRITICO		
	5.27	Equipo Tecnológico para área de fraccionamiento	Agitador e incubadora de plaquetas	CRITICO		
	5.28		Balanza de dos platos	CRITICO		
	5.29		Centrífuga refrigerada	CRITICO		
	5.3		Extractor de plasma	CRITICO		
	5.31		Pinzas selladoras	CRITICO		
	5.32		Sellador de plaquetas	CRITICO		
	5.33		Termómetro ambiental	CRITICO		
	5.34	Equipo Tecnológico para área de lavado y esterilización	Congelador a -20°C	CRITICO		
	5.35		Refrigerador de laboratorio o comercial	CRITICO		
	5.36		Analizador automático de Coombs o método manual	CRITICO		
5.37	Analizador automático del grupo sanguíneo o método manual		CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

Nº	Descripción	Clasificación	Observaciones
5.38	Lámpara para aglutinación	CRITICO	
5.39	Esterilizador de mesa y horno secador	CRITICO	
5.4	Equipo Tecnológico para Auditorio		
5.41	Computadora portátil	CRITICO	
5.42	Amplificador de sonido con micrófonos	CRITICO	
5.42	Proyector	CRITICO	
5.43	Equipo Tecnológico para Jefatura		
5.43	Computadora	CRITICO	
5.44	Regulador de voltaje	CRITICO	
5.45	Impresor	CRITICO	
5.46	Equipo Tecnológico para Secretaria, Estadística y Archivo		
5.46	Computadora	CRITICO	
5.47	Regulador de voltaje	CRITICO	
5.48	Impresor	CRITICO	
5.49	Equipo Tecnológico para Area Medica		
5.49	Computadora	CRITICO	
5.5	Regulador de voltaje	CRITICO	
5.51	Impresor	CRITICO	
5.52	Equipo Tecnológico para Area de equipo y soporte de informatica		
5.52	Computadora	CRITICO	
5.53	Regulador de voltaje	CRITICO	
5.54	Impresor	CRITICO	
Total	144	Requerimientos específicos evaluados	0

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN			

REQUERIMIENTO GENERAL Nº 5			DESCRIPCIÓN			
GESTION DE CALIDAD						
Nº	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

1	1.01	Sistema de calidad	Documentar e implementar en forma efectiva procedimientos del sistema de calidad como mecanismo para asegurar la promoción de la donación, la recolección, el procesamiento, almacenamiento, distribución, transporte, transfusión de la sangre y sus componentes, se realicen de acuerdo a requerimientos técnicos emitidos por la autoridad competente todos los procedimientos.	CRITICO			
2	2.01	Control de calidad	Los servicios de sangre debe establecer un programa de control de calidad que sea lo suficientemente amplio para asegurar la ejecución de los procedimientos	CRITICO			
	2.01		Funcionamiento apropiado de los reactivos y equipos del laboratorio	CRITICO			
3	3.01	Evaluación externa del desempeño	Participar en un programa de evaluación externa de calidad coordinado por el laboratorio nacional de referencia	CRITICO			
Total	4		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							

REQUERIMIENTO GENERAL N° 6				DESCRIPCIÓN			
MANUALES ADMINISTRATIVOS							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	
				SI	NO		
1	1.01	Manual de Descripción de puestos	Presentarlo de carácter obligatorio	CRITICO			
2	2.01	Manuales de procedimientos validados por la junta de vigilancia en base a estándares nacionales	Presentarlo de carácter obligatorio	CRITICO			
3	3.01	Plan de trabajo mensual	Presentarlo de carácter obligatorio	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

4	4.01	Programa de supervisión y monitoreo	Presentarlo de carácter obligatorio	MAYOR			
Total	4		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 7	DESCRIPCIÓN
ASPECTOS LEGALES	

N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	
				SI	NO		
1	1.01	Documento legal de persona natural o jurídica	Anexar documentos que le da legitimidad a la empresa	CRITICO			
2	2.01	Contrato de regencia	Carácter obligatorio	CRITICO			
3	3.01	Contrato de servicios de recursos humanos para labor técnica	Carácter obligatorio	CRITICO			
4	4.01	Contrato de Deshechos bio-infecciosos.	Carácter obligatorio	CRITICO			
Total	4		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

CAMPO DE FIRMAS	INSPECCIÓN
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO	
	Nombre y firma



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO				JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN			
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3				JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO			
INSPECTOR							
				Nombre y firma			
INSPECTOR				PUNTAJE ALCANZADO			
				INSPECCIÓN			
				0%			
				Req. Críticos		APROBADO (FIRMA Y SELLO)	
				0%			
Nombre de Inspector				Req. Mayores		DENEGADO (FIRMA Y SELLO)	