



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____
 Dirección del establecimiento: _____
 Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____
 Teléfono: _____
 Correo electrónico: _____
 Nombre del regente del establecimiento: _____
 Horario de servicio del regente: _____
 Fecha Inspección: _____

PRIMERA INSPECCION
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN			
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.			
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1.01		Promoción de la donación voluntaria	CRITICO				
1.02		Selección de donantes de sangre	CRITICO				
1.03		Extracción	CRITICO				
1.04		Procesamiento	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

1	1.05	Portafolio de Servicios	Almacenamiento	CRITICO				
	1.06		Distribución de componentes sanguíneos	CRITICO				
	1.07		Pruebas de tamizaje	CRITICO				
	1.08		Pruebas inmunohematológicas	CRITICO				
	1.09		Pruebas pre transfusionales	CRITICO				
	1.1		Aféresis	CRITICO				
2	2.01	Horario de Atención al Público	24 horas	MAYOR				
3	3.01	Flujograma o proceso de atención	Definición del proceso que seguirá el usuario para obtener el servicio ofertado, este deberá estar ubicado en un lugar que facilite la visualización por parte de los usuarios	MAYOR				
Total	12		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

--



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN				
RECURSOS HUMANOS								
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Profesionales (Médicos Hematólogos, Licenciado(as) en Laboratorio Clínico	Licenciados o Licenciadas con experiencia certificada en banco de sangre	CRITICO				
	1.02		Estudios de post grado, o Diplomado o maestría o Doctorado en Inmunohematología	CRITICO				
2	2.01	Autorización para ejercer	Número de autorización	CRITICO				
	2.02		Pago de Anualidad	CRITICO				
	2.03		Vigencia del carné	CRITICO				
	2.04		Registro de firma en el libro de la Junta de vigilancia de laboratorio clínico	CRITICO				
	2.05		Registro de sello en el libro de la Junta de vigilancia de laboratorio clínico	CRITICO				
Total	7		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3			DESCRIPCIÓN					
ESTRUCTURA FÍSICA								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Recepción y espera de Donantes	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	1.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
	1.03		Aire acondicionado (opcional)	CRITICO				
	1.04		Equipo de TV-cable (opcional)	CRITICO				
	1.05		Conexión a red informática	CRITICO				
	1.06		Línea telefónica exterior	CRITICO				
2	2.01	Área de Análisis de Pre donación	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	2.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
	2.03		Aire acondicionado	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

3	3.01	Entrevistas	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	3.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
	3.03		Aire acondicionado	CRITICO				
	3.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
4	4.01	Sala de espera de donantes aptos	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	4.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
	4.03		Aire acondicionado	CRITICO				
	4.04		Equipo de TV cable	CRITICO				
5	5.01	Servicios Sanitarios para Donantes	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	5.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

	5.03		Extractor de aire	CRITICO				
6	6.01	Sala de donación y reposo	Aire acondicionado	MAYOR				
	6.02		Ventanilla hacia laboratorio	MAYOR				
	6.03		Mueble para guardar materiales	MAYOR				
	6.04		Sillones reclinables	MAYOR				
	6.05		Paredes lavables pintadas	MAYOR				
	6.06		Lavabo accionado con pedal	MAYOR				
	6.07		Área de sellado, Etiquetado y Depósito para las unidades de sangre	MAYOR				
	7.01		Aire acondicionado	CRITICO				
	7.02		Equipo de TV-cable (opcional)	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

7	7.03	Sala de aféresis y reposo	Ventanilla hacia laboratorio	CRITICO				
	7.04		Mueble para guardar materiales	CRITICO				
	7.05		Sillones reclinables	CRITICO				
	7.06		Paredes lavables pintadas	CRITICO				
	7.07		Telefono	CRITICO				
	7.08		Lavabo accionado con pedal	CRITICO				
	7.09		Área de sellado, Etiquetado y Depósito para hemocomponentes	CRITICO				
8	8.01	Área de reposo para donante	Aire acondicionado	CRITICO				
	8.02		Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	8.03		Iluminación natural o artificial	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

	8.04		Área confortable	CRITICO				
9	9.01	Area de Inmunohematología	Aire acondicionado	CRITICO				
	9.02		Área confortable	CRITICO				
	9.03		Paredes lavables pintadas	CRITICO				
	9.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	9.05		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO				
	9.06		Lavabo para personal accionado con pedal	CRITICO				
			10.01		Aire acondicionado	CRITICO		
	10.02		Área confortable	CRITICO				
	10.03		Paredes lavables pintadas	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

10	10.04	Área de Tamizaje	Aristas redondeadas	CRITICO				
	10.05		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	10.06		Toma polo a tierra	CRITICO				
	10.07		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO				
	10.08		Lavabo accionado con pedal	CRITICO				
11	11.01	Área de fraccionamiento	Aire acondicionado	CRITICO				
	11.02		Área comfortable	CRITICO				
	11.03		Paredes lavables pintadas	CRITICO				
	11.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	11.05		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

	11.06		Toma polo a tierra de 110 y 220 V	CRITICO				
	11.07		Lavabo para personal accionado con pedal	CRITICO				
12	12.01	Área de Almacenamiento de sangre y componentes	Aire acondicionado	CRITICO				
	12.02		Área confortable	CRITICO				
	12.03		Paredes lavables pintadas	CRITICO				
	12.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	12.05		Toma polo a tierra	CRITICO				
	12.06		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO				
	13.01		Aire acondicionado	CRITICO				
	13.02		Área confortable	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

13	13.03	Área de distribución de sangre y componentes sanguíneos	Paredes lavables pintadas	CRITICO				
	13.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	13.05		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO				
	13.06		Toma polo a tierra	CRITICO				
	13.07		Lavabo accionado con pedal	CRITICO				
14	14.01	Recepción de muestras y solicitud de transfusión	Aire acondicionado (opcional)	CRITICO				
	14.02		Paredes lavables pintadas	CRITICO				
	14.03		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	15.01		Aire acondicionado	CRITICO				
	15.02		Paredes lavables pintadas	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

15	15.03	Laboratorio de Inmuno-hematología	Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	15.04		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO				
	15.05		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO				
16	16.01	Recepción y almacenamiento de suministros	Aire acondicionado	CRITICO				
	16.02		Paredes lavables pintadas	CRITICO				
	16.03		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	16.04		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO				
	16.05		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO				
	17.01		Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	17.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

17	17.03	Lavado de instrumental y esterilización	Aristas redondeadas	CRITICO				
	17.04		Paredes lavables pintadas	CRITICO				
	17.05		Muebles fijos con 2 pocetas de acero inoxidable	CRITICO				
	17.06		Mueble (tipo pantry) para almacenar cristalería y materiales	CRITICO				
18	18.01	Vestuario con ducha y servicio sanitario para personal	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	18.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
	18.03		Extractor de aire	CRITICO				
19	19.01	Auditorio	Ventilación natural o artificial	MAYOR				
	19.02		Iluminación natural o artificial	MAYOR				
	19.03		Aire acondicionado	MAYOR				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

	19.04		Toma polo a tierra de emergencia	MAYOR				
	19.05		Voltaje de 110V	MAYOR				
20	20.01	Jefatura	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	20.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
	20.03		Aire acondicionado	CRITICO				
	20.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	20.05		Toma corriente de emergencia	CRITICO				
21	21.01	Secretaria y Estadística de archivo	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	21.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
	21.03		Aire acondicionado	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

	21.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	21.05		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO				
22	22.01	Área medica	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	22.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
	22.03		Aire acondicionado	CRITICO				
	22.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	22.05		Toma corriente de emergencia	CRITICO				
23	23.01	Área de equipo(soporte al sistema de cómputo y equipo)	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	23.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
	23.03		Aire acondicionado	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

23	23.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	23.05		Toma corriente de emergencia	CRITICO				
24	24.01	Bodega de equipo para Unidad móvil	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	24.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
25	25.01	Bodega Administrativa	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	25.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
26	26.01	Área de aseo	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	26.02		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
27	27.01	Área de vehículo de unidad de colecta móvil	Techada	MAYOR				
	27.02		Iluminación artificial	MAYOR				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

28	28.01	Estacionamiento para vehículos de usuarios	Descubierto	MAYOR				
29	29.01	Estacionamiento para vehículos de empleados	Descubierto	MAYOR				
30	28.01	Planta eléctrica de emergencia	Área techada	CRITICO				
	28.02		Cerrada con material que permita el flujo de aire	CRITICO				
Total	133	Requerimientos específicos evaluados			0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN				
RECURSO MATERIAL								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1.01		Set de hemoglobina	CRITICO					
1.02		Set de tipo sanguíneo ABO y Rh o tarjeta en gel	CRITICO					
1.03		Suero antihumano de Coombs	CRITICO					



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

1	1.04	Reactivos	Albúmina bovina al 22 o 30%	CRITICO					
	1.05		Set de serología de sífilis	CRITICO					
	1.06		Set de VIH por prueba de Elisa cuarta generación	CRITICO					
	1.07		Set de Hepatitis B por prueba de Elisa	CRITICO					
	1.08		Set de Hepatitis C por prueba de Elisa	CRITICO					
	1.09		Set de Chagas por prueba de Elisa	CRITICO					
	1.1		Jabón yodado	CRITICO					
	1.11		Alcohol etílico	CRITICO					
	1.12		Yodo	CRITICO					
	2.01			Bolsas de colección simple, dobles, triples, cuádruples según la necesidad	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

2	Insumos	2.02	Descartables para la transfusión	CRITICO				
		2.03	Hisopos	CRITICO				
		2.04	Aplicadores de madera	CRITICO				
		2.05	Gasas	CRITICO				
		2.06	Algodón	CRITICO				
		2.07	Curitas	CRITICO				
		2.08	Esparadrapo	CRITICO				
		2.09	Guantes descartables	CRITICO				
		2.1	Tubos de ensayo de 12x75mm y de 13x100mm	CRITICO				
		2.11	4 - Recipientes de desechos comunes	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

	2.12		2- Recipientes corto punzantes	CRITICO				
	2.13		2- Recipientes para desechos bioinfecciosos	CRITICO				
	2.14		Pinzas y tijeras	CRITICO				
3	3.01	Equipo General	Báscula de pedestal para adultos	CRITICO				
	3.02		Refrigerador, para área análisis pre donación	CRITICO				
	3.03		Recipientes para desechos comunes y corto punzantes para sala de donación y reposo	CRITICO				
	3.04		Refrigerador comercial para área de reposo de donantes	CRITICO				
	3.05		Recipientes para desecho sólidos infecciosos y comunes para área de inmunohematología	CRITICO				
	3.06		Refrigerador para banco de sangre para área de almacenamiento de sangre y componentes	CRITICO				
	3.07		Refrigerador para Laboratorio de Inmunohematología	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

4.01		Escritorio	CRITICO				
4.02	Mobiliario sala de espera y área pre donación	Silla ergonómica con rodos	CRITICO				
4.03		Silla de espera confortable	CRITICO				
4.04		Banco giratorio con respaldo	CRITICO				
4.05	Mobiliario de área de análisis pre donación	Sillón reclinable para toma de muestras	CRITICO				
4.06		Gabinete para toma de muestras	CRITICO				
4.07		Escritorio	CRITICO				
4.08	Mobiliario para el área de entrevistas	Silla ergonómica	CRITICO				
4.09		Silla confortable de atención al donante	CRITICO				
4.1	Mobiliario para sala de espera de donantes aptos	Sillas confortables	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

4.11	Mobiliario para sala de donación y reposo	Gabinete para colocación de sangre	CRITICO				
4.12		Sillón reclinable para sangrado	CRITICO				
4.11	Mobiliario para sala de aféresis y reposo	Sillón reclinable para banco de sangre	CRITICO				
4.12		Silla ergonómica con respaldo	CRITICO				
4.13		Mueble para guardar equipo y materiales	CRITICO				
4.14	Mobiliario para área de reposo para donantes	Mesas	CRITICO				
4.15		Sillas confortables	CRITICO				
4.16	Mobiliario para área de inmunohematología	Sillon reclinable para toma de muestras	CRITICO				
4.17		Banco giratorio con respaldo	CRITICO				
4.18		Banco giratorio con respaldo	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

4	4.19	Mobiliario para área de tamizaje	Mesa alta con cobertura de acero inoxidable (infraestructura)	CRITICO				
	4.2		Mesa alta con respaldo	CRITICO				
	4.21		Fregadero(infraestructura)	CRITICO				
	4.22	Mobiliario para área de fraccionamiento	Banco giratorio con respaldo	CRITICO				
	4.23		Mesa alta con cobertura de acero inoxidable (infraestructura)	CRITICO				
	4.24		Mesa alta con respaldo	CRITICO				
	4.25		Fregadero(infraestructura)	CRITICO				
	4.26	Mobiliario para área de almacenamiento de sangre y componentes	Carro con rodos para transporte de bolsas de sangre	CRITICO				
	4.27	Mobiliario para Area de distribucion y sangre y componentes sanguineos	Mesa alta con cobertura de acero inoxidable	CRITICO				
	4.28		Silla ergonómica tipo cajero	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO				JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3				JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO			

4.29			1	CRITICO				
4.3		Escritorio y silla ergonómica para recepción de muestras y solicitudes de transfusión		CRITICO				
4.32		Cuarto frío		CRITICO				
4.33	Mobiliario para recepción y almacenamiento de suministros	Mesa para recepción		CRITICO				
4.34		Estantes metálicos		CRITICO				
4.35		Garrafón o bidón con grifo para dispensar agua destilada		CRITICO				
4.36	Mobiliario para área de lavado y esterilización	Mesa alta con cubierta de acero inoxidable		CRITICO				
4.37		Mueble para guardar equipos y materiales		CRITICO				
4.38		Anaqueles para guardar ropa para el área de vestuario		CRITICO				
4.39		Pizarra acrílica		CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

4.4	Mobiliario para auditorio	Mesa con rodos para equipos	CRITICO				
4.41		Mueble para guardar equipo y materiales	CRITICO				
4.42		Mesa tipo pupitre con sillas	CRITICO				
4.43	Mobiliario para jefatura	Silla ergonómica con rodos	CRITICO				
4.44		Sillas confortables de espera	CRITICO				
4.45		Mueble para computadora	CRITICO				
4.46		Archivo de 4 gavetas	CRITICO				
4.47		Librero para guardar documentos	CRITICO				
4.48		Escritorio	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

4.49	Mobiliario para Secretaria, Estadística y Archivo	Silla ergonómica con rodos	CRITICO				
4.5		Mueble para computadora	CRITICO				
4.51		Archivadores	CRITICO				
4.52	Mobiliario para area Medica	Escritorio	CRITICO				
4.53		Silla ergonómica con rodos	CRITICO				
4.54		Archivadores	CRITICO				
4.55	Mobiliario para area de equipos	Mueble para computadora	CRITICO				
4.56	Mobiliario para bodega administrativa y área de aseo	2 estantes metálicos	CRITICO				
5.01	Equipo Tecnológico para recepcion y espera de donantes	Computadora	CRITICO				
5.02		Regulador de voltaje	CRITICO				
5.03		UPS	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

5.04		Impresora	CRITICO				
5.05		Escritorio	CRITICO				
5.06	Equipo Tecnológico para area de analisis pre donacion	Estetoscopio	CRITICO				
5.07		Esfigmomanómetro de pedestal	CRITICO				
5.08		Centrifuga para hematocrito para área de análisis pre donación	CRITICO				
5.09	Equipo Tecnológico para sala de donación y reposo	Reloj con intervalos de tiempo	CRITICO				
5.1		Mezclador para bolsas de sangre	CRITICO				
5.11		Sellador de bolsa de sangre	CRITICO				
5.12		Porta suero rodable	CRITICO				
5.13		Máquina de Aféresis para sala de aféresis y reposo	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

5.14	Equipo Tecnológico para area de Inmunohematología	Analizador automático de Coombs o método manual	CRITICO				
5.15		Analizador automático del grupo sanguíneo o método manual	CRITICO				
5.16		Centrifuga de serología	CRITICO				
5.17		Centrifuga tipo sero fuge	CRITICO				
5.18		Baño de maría	CRITICO				
5.19		Incubadora para ciclos térmicos (tipo en gel)	CRITICO				
5.2		Lámpara para tpeo sanguíneo	CRITICO				
5.21		Microscopio	CRITICO				
5.22		Analizador automático de micro Elisa	CRITICO				
5.23		Lavador automático de micro Elisa	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

6	5.24	Equipo Tecnológico para área de tamizaje	Lector de micro Elisa	CRITICO				
	5.25		Incubadora para placas Elisa	CRITICO				
	5.26		Mezclador Vortex	CRITICO				
	5.27	Equipo Tecnológico para área de fraccionamiento	Agitador e incubadora de plaquetas	CRITICO				
	5.28		Balanza de dos platos	CRITICO				
	5.29		Centrifuga refrigerada	CRITICO				
	5.3		Extractor de plasma	CRITICO				
	5.31		Pinzas selladoras	CRITICO				
	5.32		Sellador de plaquetas	CRITICO				
	5.33		Termómetro ambiental	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

5.34	Equipo Tecnológico para área de lavado y esterilización	Congelador a -20°C	CRITICO				
5.35		Refrigerador de laboratorio o comercial	CRITICO				
5.36		Analizador automático de Coombs o método manual	CRITICO				
5.37		Analizador automático del grupo sanguíneo o método manual	CRITICO				
5.38		Lámpara para aglutinación	CRITICO				
5.39		Esterilizador de mesa y horno secador	CRITICO				
5.4	Equipo Tecnológico para Auditorio	Computadora portátil	CRITICO				
5.41		Amplificador de sonido con micrófonos	CRITICO				
5.42		Proyector	CRITICO				
5.43		Computadora	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

	5.44	Equipo Tecnológico para Jefatura	Regulador de voltaje	CRITICO				
	5.45		Impresor	CRITICO				
	5.46		Computadora	CRITICO				
	5.47	Equipo Tecnológico para Secretaria, Estadística y Archivo	Regulador de voltaje	CRITICO				
	5.48		Impresor	CRITICO				
	5.49		Computadora	CRITICO				
	5.5	Equipo Tecnológico para Área Médica	Regulador de voltaje	CRITICO				
	5.51		Impresor	CRITICO				
	5.52		Computadora	CRITICO				
	5.53	Equipo Tecnológico para Área de equipo y soporte de informática	Regulador de voltaje	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

	5.54		Impresor	CRITICO				
Total	144		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN				
GESTION DE CALIDAD								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Sistema de calidad	Documentar e implementar en forma efectiva procedimientos del sistema de calidad como mecanismo para asegurar la promoción de la donación, la recolección, el procesamiento, almacenamiento, distribución, transporte, transfusión de la sangre y sus componentes, se realicen de acuerdo a requerimientos técnicos emitidos por la autoridad competente todos los procedimientos.	CRITICO				
2	2.01	Control de calidad	Los servicios de sangre debe establecer un programa de control de calidad que sea lo suficientemente amplio para asegurar la ejecución de los procedimientos	CRITICO				
	2.01		Funcionamiento apropiado de los reactivos y equipos del laboratorio	CRITICO				
3	3.01	Evaluación externa del desempeño	Participar en un programa de evaluación externa de calidad coordinado por el laboratorio nacional de referencia	CRITICO				
Total	4		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

REQUERIMIENTO GENERAL N° 6				DESCRIPCIÓN				
MANUALES ADMINISTRATIVOS								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Manual de Descripción de puestos	Presentarlo de carácter obligatorio	CRITICO				
2	2.01	Manuales de procedimientos validados por la junta de vigilancia en base a estándares nacionales	Presentarlo de carácter obligatorio	CRITICO				
3	3.01	Plan de trabajo mensual	Presentarlo de carácter obligatorio	CRITICO				
4	4.01	Programa de supervisión y monitoreo	Presentarlo de carácter obligatorio	MAYOR				
Total	4	Requerimientos específicos evaluados			0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

--	--	--	--	--	--	--	--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 7				DESCRIPCIÓN				
ASPECTOS LEGALES								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Documento legal de persona natural o jurídica	Anexar documentos que le da legitimidad a la empresa	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO			

2	2.01	Contrato de regencia	Carácter obligatorio	CRITICO				
3	3.01	Contrato de servicios de recursos humanos para labor técnica	Carácter obligatorio	CRITICO				
4	4.01	Contrato de Deshechos bio-infecciosos.	Carácter obligatorio	CRITICO				
Total	4	Requerimientos específicos evaluados			0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								

CAMPO DE FIRMAS		INSPECCIÓN	
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO			
		Nombre y firma	
INSPECTOR			
		Nombre y firma	



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
SERVICIO DE SANGRE A NIVEL 3	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

INSPECTOR				PUNTAJE ALCANZADO	
				INSPECCIÓN	
				0%	
				Req. Críticos	APROBADO (FIRMA Y SELLO)
				0%	
			Nombre de Inspector	Req. Mayores	DENEGADO (FIRMA Y SELLO)