



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
TOMA DE MUESTRAS DE CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES ISSS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 100% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 80% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____
 Dirección del establecimiento: _____
 Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____
 Teléfono: _____
 Correo electrónico: _____
 Nombre del regente del establecimiento: _____
 Horario de servicio del regente: _____
 Fecha Inspección: _____

PRIMERA INSPECCION
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN		
RECURSOS HUMANOS						
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	Personal para recibir y tomar muestras.	Deberá ser profesional en Laboratorio Clínico o Personal de Enfermería autorizado por la Junta de Vigilancia respectiva	CRITICO			
		Debidamente capacitado.	CRITICO			
Total	2	Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN		
ESTRUCTURA FÍSICA						
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
2.1	Sala de Espera	Ventilada	CRITICO			
		Iluminación	CRITICO			
		Sillas de espera	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN			
TOMA DE MUESTRAS DE CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES ISSS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO			

2.2	2.2.1	Área de recepción	Debe contar con un escritorio y su respectiva silla.	CRITICO			
	2.2.2		Se requiere que cuente con una bandeja de recepción de muestras	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
TOMA DE MUESTRAS DE CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES ISSS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

2.3	2.3.1	Área de toma de muestras	Debe estar delimitada	CRITICO		
	2.3.2		Contar con silla de toma de muestras con apoyo de brazos.	CRITICO		
	2.3.3		Basurero con tapadera para desechos bioinfecciosos	CRITICO		
	2.3.4		Basurero con tapadera para desechos comunes	CRITICO		
	2.3.5		Contar con los insumos necesarios para sangrar con fecha vigente	CRITICO		
	2.3.6		Descarte para corto punzantes	CRITICO		
	2.3.7		Esta área debe tener buena iluminación	CRITICO		
	2.3.8		Esta área debe tener lavamanos.	CRITICO		
2.4	2.4.1	Servicios Sanitarios	Deberán contar con adecuada ventilación	CRITICO		
	2.4.2		Deberán contar con adecuada iluminación	CRITICO		
	2.4.3		Ser funcionales y limpios	CRITICO		
2.5	2.5.1	Mueble	Para almacenar los insumos y colocar las muestras.	CRITICO		
2.6	2.6.1	Hielera con pingüinos	Para transportar las Muestras	CRITICO		
2.7	2.7.1	Gradilla	Para recepción de muestras de sangre.	CRITICO		
2.8	2.8.1	Refrigeradora (de uso compartido)	Para conservar en paquete frio o pingüino.	MAYOR		
Total	20		Requerimientos específicos evaluados		0	

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN						

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3				DESCRIPCIÓN		
MANUALES ADMINISTRATIVOS						
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
3.1	3.1.1	Manual o Guía instructiva.	Para toma de muestra y transporte.	CRITICO		
3.2	3.2.1	Institución donde referirá las muestras.	Unidad Médica del ISSS donde realizarán los analitos.	CRITICO		



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
TOMA DE MUESTRAS DE CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES ISSS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

3.3	3.3.1	Registros	De entrada de muestras, de envío de muestras y de entrega de resultados	CRITICO		
Total	3		Requerimientos específicos evaluados		0	

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN						

CAMPO DE FIRMAS				INSPECCIÓN		
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO						
INSPECTOR						
INSPECTOR				PUNTAJE ALCANZADO		
				INSPECCIÓN		
				#¡REF!		
				Req. Criticos	APROBADO (FIRMA Y SELLO)	
				#¡REF!		
Nombre de Inspector				Req. Mayores	DENEGADO (FIRMA Y SELLO)	