



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____
 Dirección del establecimiento: _____
 Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____
 Teléfono: _____
 Correo electrónico: _____
 Nombre del regente del establecimiento: _____
 Horario de servicio del regente: _____
 Fecha Inspección: _____

PRIMERA INSPECCION
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN			
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.			
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Portafolios de Servicios. Debe tener definido su portafolio de servicios	MAYOR				
2	2.01	Horario de Atención al Público Debe tener horario definido en jornada diurna.	MAYOR				
Total	2	Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN				
RECURSOS HUMANOS								
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Regente (Director Técnico)	Esta persona debe contar con formación de Protesista/ortesta en grado técnico o licenciatura	CRITICO				
	1.02		Con una permanencia mínima en el establecimiento de cuatro horas.	CRITICO				
2	2.01	Personal técnico	Deberá contar con personal técnico debidamente capacitado en la elaboración y procesamiento de los dispositivos médicos sobre medida de prótesis y Ortesis ortopédica externa.	CRITICO				
	2.02		La capacitación debe ser comprobable, cuando no tenga grado académico.(por lo menos cinco años de experiencia comprobable)	CRITICO				
3	3.01	Profesional	Médico de planta o de referencia y contra referencia para el proceso de adaptación de los dispositivos a sus usuarios (especialidad de Medicina Física o rehabilitación).	CRITICO				
	3.02		Se solicitara convenio o carta convenio al momento de la inspección.	CRITICO				
4	4.01	Secretaria o Auxiliar Técnico	Encargada para la recepción y entrega de órdenes.	MAYOR				
	5.01		Autorización para ejercer	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

5	5.02	De la autorización para ejercer.	Solventes en su anualidad.	CRITICO				
	5.03		Carnet vigente	CRITICO				
	5.04		Registro de firma y sello en el Libro de la Junta respectivo.	CRITICO				
Total	11		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3				DESCRIPCIÓN				
ESTRUCTURA FÍSICA								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Accesos	Se debe contar con una protección a las inclemencias del tiempo para los usuarios que acceden al establecimiento.	CRITICO				
	1.02		Los accesos deben brindar facilidades para el ingreso a pie o en silla de ruedas	CRITICO				
	1.03		Debe contar con una rampa con inclinación menor de 30 grados.	CRITICO				
2	2.01	Sala de recepción y espera.	Esta área, deberá estar separada del taller por una división o pared; para recepción de las órdenes.	MAYOR				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

3	3.01	Servicio sanitario para personal	El establecimiento deberá contar con un servicio sanitario como mínimo para el uso de personal el cual debe estar señalizado.	CRITICO				
4	4.01	Área de Evaluación y Toma de Medidas.	Debe de estar separada del área de recepción y del taller, que guarde la privacidad del paciente	CRITICO				
5	5.01	Área de consultorio.	Debería contar con un consultorio para medicina Física y/o Rehabilitación, con el fin de dar seguimiento al usuario.	CRITICO				
6	6.01	Vestidores personal	Es un área física con puerta, para el cambio de ropa de trabajo, gabachas, etc.	CRITICO				
7	7.01	Vestidor para usuarios.	Es un área física con puerta, para el cambio de ropa de usuarios.	MAYOR				
8	8.01	Servicio sanitario usuarios.	Debería contar con un servicio sanitario para utilización de usuarios adecuado a las necesidades del usuario.	MAYOR				
9	9.01	Área de almacenamiento.	Debe contar con un área para almacén de insumos, equipos y otros;	CRITICO				
	9.02		separado del área común, y de atención de usuarios por una puerta.	CRITICO				
10	10.01	Área de control de calidad	Debe contar con un área separada del área de trabajo y atención de usuarios, que facilite la revisión minuciosa de los dispositivos.	CRITICO				
11	11.01	Área de adaptación de la prótesis	Debe contar con un área o espacio físico que permita verificar y desarrollar la adaptación de la prótesis.	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

12	12.01	Área de Taller	Con piso de ladrillo o cerámica antideslizante	CRITICO				
	12.02		Cielo falso o tabla roca	CRITICO				
	12.03		Debe contar con la siguiente zona delimitada de Zona de maquinas	CRITICO				
	12.04		Debe contar con la siguiente zona delimitada deTermoformado	CRITICO				
	12.05		Debe contar con la siguiente zona delimitada de Laminación	CRITICO				
	12.06		Debe contar con la siguiente zona delimitada de Rectificación de yesos	CRITICO				
	12.07		Debe contar con la siguientes zona delimitada de Almacenamiento	CRITICO				
13	13.01	Área de Limpieza	Debe contar con un área para el almacenamiento, y preparación de los implementos de limpieza	CRITICO				
	13.02		Con una poceta o lavadero.	CRITICO				
14	14.01	Iluminación	En cada área además de luz natural, debe contar con luz artificial.	MAYOR				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

15	15.01	Ventilación	Las instalaciones deberán contar con Aire acondicionado y/o una ventilación natural	CRITICO				
	15.02		Con extractores de aire o un sistema que permita una rápida renovación de aire	CRITICO				
	15.03		Un control de temperatura en áreas de trabajo de procesos que produzcan gases, calor y polvo.	CRITICO				
16	16.01	Seguridad general	Pisos antideslizantes	CRITICO				
	16.02		Salidas de emergencia accesibles y claramente señalizadas	CRITICO				
17	17.01	Sistema de drenaje	Deben contar con un sistema de drenaje para la disposición de residuos líquidos, dependiendo de los elementos que se utilicen para la elaboración de los dispositivos.	CRITICO				
Total	30		Requerimientos específicos evaluados			0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4			DESCRIPCIÓN				
RECURSO MATERIAL							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1.01		Sillas de espera	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

1	1.02	Área de recepción/ Espera	Escritorio y silla secretarial	CRITICO				
	1.03		Teléfono	CRITICO				
	1.04		Computadora (opcional)	CRITICO				
2	2.01	Servicio sanitario para personal	Sanitario.	CRITICO				
	2.02		Lavamanos	CRITICO				
	2.03		Rotulación adecuada que guíe al usuario (la distinción de género no es indispensable)	CRITICO				
3	3.01	Área de Evaluación y Toma de Medidas	Camilla	CRITICO				
	3.02		Silla	CRITICO				
	3.03		Mueble para instrumentos	CRITICO				
	3.04		Instrumentos de medición.	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

4	4.01	Área de consultorio.	Escritorio	CRITICO				
	4.02		Dos sillas	CRITICO				
	4.03		Archivo	CRITICO				
	4.04		Equipo de la especialidad.	CRITICO				
5	5.01	Vestidores personal	Banco	CRITICO				
	5.02		Perchero	CRITICO				
6	6.01	Vestidor para usuarios	Barras de sostén	CRITICO				
	6.02		Puerta mayor de 1.20 mt	CRITICO				
	6.03		Silla	CRITICO				
	6.04		Mueble para la ropa o perchero	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

	6.05		Piso antideslizante	CRITICO				
7	7.01	Servicio sanitario usuarios	Barras de Sostén	CRITICO				
	7.02		Puerta mayor de 1.20 mt.	CRITICO				
	7.03		Piso Antideslizante.	CRITICO				
	7.04		Timbre o Campana para uso del paciente en caso de emergencia	CRITICO				
8	8.01	Área de almacenamiento	Estantes para el resguardo de insumos y materiales	CRITICO				
9	9.01	Área de control de calidad	Dependiendo de los dispositivos que se fabriquen, puede ser una mesa de superficie lavable.	CRITICO				
10	10.01	Área de adaptación de la prótesis	Rampas	CRITICO				
	10.02		Escaleras	CRITICO				
	10.03		Superficies irregulares en piso	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

10.04		Equipo para adaptación miembro superior	CRITICO				
11.01		Fresadora de eje libre con sistema de succión de partículas.	CRITICO				
11.02		Fresa cilíndrica	CRITICO				
11.03		Fresa helicoidal cilíndrica	CRITICO				
11.04		Rueda en alambre de acero, con acople de seguridad.	CRITICO				
11.05		Rodillo portalija grueso (con accesorios).	CRITICO				
11.06		Rodillo Portalija delgada (con accesorios)	CRITICO				
11.07		Piña para fresadora cónica	CRITICO				
11.08		Piña para fresadora redonda	CRITICO				
11.09		Cono portalija (con accesorios).	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

11.1	Rodillo porta lija; hueco cónico (con accesorios).	CRITICO				
11.11	Fresa portacuchillas redonda	CRITICO				
11.12	Fresa portacuchillas cilíndrica	CRITICO				
11.13	Par de barras para doblar Ortesis A-P anterior -posterior).	CRITICO				
11.14	Mecanismo de Alineación estático para Ortesis y prótesis (mecánico o laser).	CRITICO				
11.15	Horno para Termoformado con termostato que garantice niveles de temperatura según material (con accesorios).	CRITICO				
11.16	Bomba de vacío.	CRITICO				
11.17	Regulación de presión para laminación (para bomba de vacío).	CRITICO				
11.18	Sistema (tubos)	CRITICO				
11.19	Esmeril sobre estante.	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

11	11.2	Taller. LISTADO DE EQUIPO BASICO DE CARÁCTER COLECTIVO	Pistola con aire caliente (con accesorios).	CRITICO				
	11.21		Caladora (con accesorios)	CRITICO				
	11.22		Taladro inalámbrico o eléctrico	CRITICO				
	11.23		Taladro de árbol (con accesorios).	CRITICO				
	11.24		Prensa para taladro de árbol	CRITICO				
	11.25		Compresor de aire (con accesorios).	CRITICO				
	11.26		Prensa para taladro de árbol.	CRITICO				
	11.27		Kit de limas(planas, redondas, mediacaña, triangular, cuadrada) con mango.	CRITICO				
	11.28		Cuchilla con mango de madera.	CRITICO				
	11.29		Cepillo metálico, en acero.	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	CRITICO	NO CRITICO	NO APLICABLE	OTRO
11.3	Tijeras de sastre	CRITICO			
11.31	Sierra de arco con cuchilla	CRITICO			
11.32	Kit de formones para madera	CRITICO			
11.33	Piedra para afilar	CRITICO			
11.34	Kit de llave fijas, métrico y pulgada	CRITICO			
11.35	Tijeras para cortar laminas metálicas	CRITICO			
11.36	Kit de conformadores para remaches	CRITICO			
11.37	Numeradores	CRITICO			
11.38	Kit de sacabocados	CRITICO			
11.39	Baldes flexibles para preparación de yesos.	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

11.4	Tijeras para cortar yeso	CRITICO				
11.41	Recipiente para pegante con cepillo	CRITICO				
11.42	Juego de brocas	CRITICO				
11.43	Fresas para avellanar	CRITICO				
11.44	Kit de brocas cónicas.	CRITICO				
11.45	Engrapadoras para repuestos	CRITICO				
11.46	Escuadra metálica	CRITICO				
11.47	Calibrador para el cuerpo	CRITICO				
11.48	Gramera	CRITICO				
11.49	Gramil	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

11.5	Máquina de coser cuero	CRITICO				
11.51	Máquina de coser tela y correas	CRITICO				
11.52	Negatoscopio	CRITICO				
11.53	Báscula	CRITICO				
11.54	Barras paralelas	CRITICO				
11.55	Dispositivo para descarga de peso (toma de moldes)	CRITICO				
11.56	Espejo de cuerpo completo	CRITICO				
11.57	Camilla para examen general	CRITICO				
12.01	Centro/cilindro alienador de ejes para alineaciones de Ortesis	CRITICO				
12.02	Par de grifas para doblar Ortesis	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

12.03	Martillo herrero metálico	CRITICO				
12.04	Martillo en Caoutchouc	CRITICO				
12.05	Martillo en Bola	CRITICO				
12.06	Pinza alicate	CRITICO				
12.07	Pinza larga	CRITICO				
12.08	Pinza corta fríos	CRITICO				
12.09	Llave expansiva alemana	CRITICO				
12.1	Soporte para lima plana y semi-redonda con mango con repuestos	CRITICO				
12.11	Lima redonda con mango con repuestos	CRITICO				
12.12	Cepillo metálico para limpieza de lima	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

12	12.13	Taller. LISTADO DE EQUIPO BASICO DE CARÁCTER INDIVIDUAL	Bisturí con hoja retractable intercambiable.	CRITICO				
	12.14		Marco de segueta para metal con repuestos	CRITICO				
	12.15		Kit de destornillador plano	CRITICO				
	12.16		Kit de destornillador estrella	CRITICO				
	12.17		Kit de llaves Bristol, métrico y pulgada.	CRITICO				
	12.18		Juego de saca pasadores	CRITICO				
	12.19		Centro punto	CRITICO				
	12.2		Punta para rayar	CRITICO				
	12.21		Lápiz indeleble	CRITICO				
	12.22		Lápiz de grafito	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

12.23	Esfero/Boligrafo	CRITICO				
12.24	Lápiz grasoso	CRITICO				
12.25	Taza flexible para preparación de yeso	CRITICO				
12.26	Espatula para yeso	CRITICO				
12.27	Prensa de banco	CRITICO				
12.28	Regla metalica	CRITICO				
12.29	Flexometro	CRITICO				
12.3	Metro de sastre	CRITICO				
12.31	Compas	CRITICO				
12.32	Pie de rey	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

12.33	Plomada	CRITICO				
12.34	Nivel de gota	CRITICO				
12.35	Goniometro	CRITICO				
12.36	Guantes de protección contra calor, isotérmico	CRITICO				
12.37	Guantes de protección	CRITICO				
12.38	Lentes de protección	CRITICO				
12.39	Tapabocas	CRITICO				
12.4	Protector de oído	CRITICO				
12.41	Banco de trabajo	CRITICO				
12.42	Silla	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO				JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS				JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA			

	12.43		Escritorio.	CRITICO				
13	13.01	Área de Limpieza	Mueble para el almacenamiento, y preparación de los implementos de limpieza.	CRITICO				
Total	133		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN				
MANUALES ADMINISTRATIVOS								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Programa de Limpieza y Mantenimiento de equipo.	Tendrán en funcionamiento un programa de limpieza y de mantenimiento de áreas y equipos	CRITICO				
	1.02		Se verificará periódicamente el cumplimiento del mismo	CRITICO				
	1.03		Se llevará un registro.	CRITICO				
2	2.01	Plan de mantenimiento preventivo del equipo	Deberán presentar convenio con la empresa que hará el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo	CRITICO				
3	3.01	Guía del proceso de elaboración de dispositivos.	Deben contar con Guías del proceso de elaboración de los diferentes dispositivos de ortesis y/o prótesis. Debe presentar dicho documento al momento de la inspección	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO /TALLER ORTESIS Y PROTESIS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

4	4.01	Manual de procedimientos	Se deben tener por escrito Procedimientos de las actividades de elaboración, adaptación, almacenamiento y/o entrega al usuario.	CRITICO				
Total	6		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

CAMP CODE	INSPECCIÓN
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO	Nombre y firma
INSPECTOR	Nombre y firma
INSPECTOR	PUNTAJE ALCANZADO INSPECCIÓN
	0%
	Req. Criticos
	0%
Nombre de Inspector	Req. Mayores
	APROBADO (FIRMA Y SELLO)
	DENEGADO (FIRMA Y SELLO)